

ANEXO I

Pliego de prescripciones técnicas

Suministro de consumibles para desfibriladores Philips para ASEPEYO Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151.

1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto de este Pliego es regular las prescripciones técnicas que regirán el suministro de consumibles para desfibriladores Philips.

El suministro no se divide en lotes

2. - DURACIÓN DEL CONTRATO.

La duración del contrato será desde la fecha de formalización hasta el día 01/03/2021.

3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

3.1. Registro y etiquetado de productos sanitarios:

De conformidad con la aplicación de la reglamentación vigente en España en materia de productos sanitarios, las empresas responsables de la distribución y comercialización de productos sanitarios, deberán cumplir con lo establecido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Los símbolos y los colores de identificación que se utilicen deberán ajustarse a las normas armonizadas. Dichos símbolos y colores se describirán en la documentación que acompañe al producto. El etiquetado de los productos deberá figurar en español.

El envase deberá incluir los siguientes datos:

- Deberá figurar obligatoriamente el nombre y dirección del fabricante y, cuando el fabricante no esté en la Unión Europea, en la etiqueta o en las instrucciones de uso, deberá figurar, además, el nombre y dirección del representante autorizado en la Unión Europea.
- La información estrictamente necesaria para identificar el producto y el contenido del envase, especialmente por parte de los usuarios.
- El código del lote precedido por la palabra «lote» o el número de serie, según proceda.
- Las instrucciones especiales de utilización, como mínimo en español.
- Cualquier advertencia y/o precaución que deba adoptarse.
- Marcado CE de Conformidad Europea.
- Método de esterilización y fecha de caducidad cuando proceda.



Todos los productos deben ir marcados con su código de barras lineal EAN-13, según normativa vigente

3.2. Normativas:

Será de obligado cumplimiento por parte del adjudicatario cualquier tipo de reglamento, norma, directiva o instrucción oficial (de carácter nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en el presente Pliego, resulte de aplicación en relación al objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

Todos los productos presentados estarán libres de ingredientes nocivos o tóxicos y no desprenderán olores desagradables.

Todos los productos estarán libres de Látex.

3.3. Descripción:

A continuación detallamos los productos que conforman esta licitación:

a) Batería desechable para desfibrilador Philips HeartStart HS1

- Descripción
 - Composición: Magnesio de litio
 - Características: 9 V CC, 4.2 Ah
 - De larga duración, desechable
- Presentación:

1	Batería desechable para desfibrilador Philips HeartStart HS1
---	--

b) Batería desechable para desfibrilador Philips Heartstart XL

- Descripción
 - Composición: Ácido plomo sellado
 - Características: 12V
 - De larga duración, desechable
- Presentación:

2	Batería desechable para desfibrilador Philips Heartstart XL
---	---

c) Papel para desfibrilador Heartstart XL

- Descripción
 - Tamaño: 50mm x 30m. aprox.
 - Presentación en rollo continuo.
- Presentación:

3	Papel para desfibrilador Heartstart XL
---	--

d) Cartucho de desfibrilación adultos para el desfibrilador HeartStart HS1

- Descripción
 - Cartucho contenedor para dos electrodos de desfibrilación de un solo uso para el desfibrilador Philips HeartStart HS1.
 - Presentaciones:
 - Para adultos, niños mayores de 8 años o 25Kg de peso
 - Para lactantes o niños menores de 8 años o peso inferior a 25Kg
 - Longitud de cable:
 - Adultos: 137cm
 - Lactantes/niños: 101cm.
 - Área de superficie activa: 85cm³ cada uno
- Presentación:

4	Cartucho de desfibrilación adultos para desfibrilador HeartStart HS1
5	Cartucho de desfibrilación pediátrico para desfibrilador HeartStart HS1
6	Cartucho entrenamiento adulto para desfibrilador HeartStart HS1
7	Recambio de electrodos entrenamiento adulto para desfibrilador HeartStart HS1

e) Electrodo para desfibrilador HeartStart XL

- Descripción
 - Palas de adulto de un solo uso para el desfibrilador Philips HeartStart XL.
 - Debe ir en caja de dos unidades.
- Presentación:

8	Electrodos adultos para desfibrilador HeartStart XL
9	Electrodos pediátricos para desfibrilador HeartStart XL

f) Electrodo para desfibrilador HeartStart FRx

- Descripción
 - Palas de adulto de un solo uso para el desfibrilador Philips HeartStart FRx.
 - Debe ir en caja de dos unidades.
- Presentación:

10	Electrodos adultos para desfibrilador HeartStart FRx
----	--

3.4. Documentación:

En el sobre 2, junto a la oferta económica, se adjuntarán las fichas técnicas con la descripción completa de las características con fotografía de todos los productos incluidos en esta licitación.

En caso de no adjuntar las fichas técnicas, que éstas no coincidan con lo solicitado en este PPT, o los productos no sean los adecuados para el uso descrito, supondrá la exclusión de la empresa ofertante.

3.5. Muestras:

Durante el proceso de valoración, a requerimiento de la mesa de contratación, se podrán solicitar muestras, que el licitador deberá entregar en el plazo máximo de 72 horas hábiles desde el momento de recibir la notificación. El incumplimiento de la entrega de muestras será motivo de exclusión de la oferta.

Será necesario que las muestras estén correctamente embaladas e identificadas, al objeto de evitar su pérdida o deterioro.

Todos los gastos ocasionados en la entrega de muestras serán a cargo del licitador.

4.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO

4.1. Contactos

El adjudicatario facilitará los datos comerciales necesarios para la ejecución del contrato (personas y teléfonos de contacto, direcciones de correo y/o número de fax donde remitir los pedidos, etc.).

4.2. Pedidos

Se suministrarán los productos bajo pedido, según las necesidades de nuestros Hospitales en Coslada (Madrid) y Sant Cugat (Barcelona)

No habrá exigencia de compra mínima de volumen de material ni de importe por pedido.

Todos los costes asociados al suministro (portes de transporte, eliminación de residuos, etc.) estarán incluidos en los precios ofertados.

Los pedidos se realizarán por escrito y se enviarán vía correo electrónico o fax.

4.3. Condiciones de entrega

Los productos se entregarán en los envases originales.

Todos los productos estériles se deberán servir con una caducidad mínima de SEIS meses.

La entrega se realizará en los hospitales de ASEPEYO:

- Hospital ASEPEYO
Servicio de Farmacia
Avda. Joaquín de Cárdenas, nº 2
28823 Coslada (Madrid)
- Hospital ASEPEYO
Servicio de Farmacia
Avda. Alcalde Barnils, nº 54-60
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



- VIMIFAR
Calle E nº 6
Polígono Industrial Molí dels Frares
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)

4.4. Plazo de entrega

El plazo de entrega será de un máximo de 72 horas hábiles desde la recepción del pedido.

4.5. Albarán

La empresa adjudicataria deberá presentar en cada entrega un albarán valorado, en el cual se especificará: la fecha de entrega, la cantidad y tipo de producto entregado con su referencia, número de contrato, número de pedido, la partida y tipo de IVA correspondiente.

La persona responsable de recepcionar el producto firmará el albarán de entrega tras verificar que los datos consignados en dicho albarán son ciertos. Para cualquier reclamación posterior, la empresa adjudicataria deberá presentar el albarán de entrega del pedido debidamente firmada.

Fdo. Glòria Seco Ferran
Técnico de Dirección de Contratación